

Số 161 /TM-BVYDCT
V/v Mời chào giá Thiết bị y tế

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua Thiết bị y tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa

- Địa chỉ: Số 155 Trường Thi, phường Trường Thi, Tp Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Lê Lâm Anh

Chức vụ: Kế toán viên

Số điện thoại: 0916437469

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng kế toán Dược Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa, số 155 Trường Thi, phường Trường Thi, Tp Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Thiết bị Y tế cần mua sắm, (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

2. Biểu mẫu báo giá: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt thiết bị Y tế: Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại các khoa phòng yêu cầu thuộc Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa.



4. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 2/2024.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo khối lượng thực tế thực hiện hợp đồng chậm nhất 60 ngày kể từ khi có biên bản nghiệm thu khối lượng và các thủ tục khác theo quy định của kiểm soát chi Kho bạc.

6. Các thông tin khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Tâm




PHỤ LỤC KÈM THEO THƯ MỜI SỐ: 160/TM-BVYDCT NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2024
Gợi thầu Mua Thiết bị Y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa năm 2024



STT	Tên hàng hoá mời thầu	Thông số, đặc tính, KT	Số lượng dự kiến	DVT	Ghi chú
1	Máy kéo giãn cột sống	HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG VÀ CỔ Cấu hình: (Loại cố định); Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ, bao gồm: Máy kéo giãn: 01 cái; Nút dừng khẩn cấp: 01 cái; Giường kéo cố định độ cao: 01 cái; Đai ngực, cổ, thắt lưng: 01 bộ, Thông số kỹ thuật: Máy kéo giãn: Lực kéo lưng: Tối đa 99kg; Lực kéo cổ: Tối đa 20kg; Thời gian giữ: 0 – 99 giây; Thời gian nghỉ: 0 – 99 giây; Chế độ kéo: Giãn đoạn, Điều hòa, Tĩnh; Thời gian điều trị: 0 – 99 phút; Giao thức: 10 chương trình; Chương trình người dùng: 1 Vị trí bộ nhớ; Màn hình hiển thị: 3 inch độ họa Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: 220-240VAC/50Hz; Cầu chì: 1A/250V; Cấp độ an toàn: I Loại B theo tiêu chuẩn IEC 60601-1; Kích thước: 32 x 32 x 24 cm (wxdxh); Công suất đầu vào: 150VA; Lực kéo (Tối đa): 99 kg; Hiển thị: Màn hình độ họa 3 inch.	1,00	Cái	
2	Máy siêu âm điều trị	Cấu hình: Máy chính: 01 Cái; Màn hình TFT 6inch: 01 Cái; Đầu phát siêu âm 4cm2: 01 Cái; Đầu phát siêu âm 1cm2: 01 Cái; Dây nguồn: 01 Cái; Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 Bộ Thông số kỹ thuật: Loại 2 đầu phát; Màn hình màu TFT 6 inch; Hướng dẫn lâm sàng tích hợp trình bày 61 giao thức cài đặt sẵn và 10 chương trình cho người sử dụng lập trình; Có danh sách các mục yêu thích được chọn trong nhiều chương trình cài đặt sẵn; Có đầu dò chịu nước để điều trị dưới nước; Có chức năng kiểm soát tiếp xúc để tăng cường an toàn; Số kênh cảm đầu dò siêu âm 2; Có thiết kế theo công thái học với một nút xoay, nhấn hoặc tương đương; Dòng điện định mức: 0.18A; Chu kỳ: 10 - 50 %, 5 bước mỗi bước chỉnh 10%; Cường độ: 0 - 2 W/cm ² ở chế độ liên tục, 0 - 3 W/cm ² ở chế độ xung Tần số xung: 100Hz; Đầu dò lớn: ERA 4 cm ² , BNR <4,0 Loại sóng: chuẩn trực. Đầu dò nhỏ: ERA 1 cm ² , BNR < 4,0, Loại sóng: chuẩn trực.	3,00	Bộ	
3	Máy nội soi	Cấu hình: - Nguồn điện/công suất tiêu thụ: AC220V/50Hz-120W; Nguồn sáng: Led công suất 80W; Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" CMOS; Độ phân giải: 1920x1080 pixels; Video out: HDMI - AV; Chức năng: cân bằng trắng tự động; Điều chỉnh tăng giảm màu; phóng to thu nhỏ hình ảnh; Dừng hình trên tay camera; Hiển thị cường độ sáng; Điều chỉnh màu cường độ sáng; Hiển thị mức 80% khi bật; Nhiệt độ màu nguồn sáng: 6500K; Tuổi thọ đèn Led: 50.000 giờ; Chuẩn cắm sáng: Storz/Wolf; Kích thước/trọng lượng Camera: Ø34x92mm/140gr; Dây dẫn sáng: dài 2m, đường kính ống dẫn 4mm Ống soi 0° PR-201: Kích thước: Ø 4mm x 175 mm Xe đẩy nội soi MT1: cột trụ bằng nhôm đúc áp lực sơn tĩnh điện, bánh xe Ø 75mm, đọt đế máy /thùng đồ có ngăn kéo điều chỉnh, lên xuống, tay treo Cam chống xước, tay treo màn hình điều chỉnh lên xuống, Màn hình chuyên dụng: Kích thước màn hình: 24 inch; Công nghệ IPS; Độ phân giải Full HD: 1920 x 1080 điểm ảnh; Độ sáng: 250 cd/m ² ; Độ tương phản: 1000:1; Thời gian đáp ứng :5ms; Góc nhìn: 1780; Tỷ lệ ảnh: 16:9; Số điểm ảnh màu: 16,8 triệu màu; Ngõ vào tín hiệu video: VGA, HDMI; Công suất tiêu thụ: 18-35W,	1,00	Bộ	

Logo công ty
Địa chỉ, số điện thoại liên hệ...



BẢO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Kính gửi:

Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi Quý Cơ quan bảng báo giá về hàng hóa, dịch vụ như sau:

Stt	Tên danh mục hàng hóa, dịch vụ cung cấp	Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ	Xuất xứ/ký mã hiệu/hãng sản xuất	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá trước thuế	Tỷ suất thuế VAT	Đơn giá sau thuế	Thành tiền sau thuế
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)=(7)x(4)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
....									
TỔNG CỘNG									
(Bảng chữ:))									

Điều khoản thương mại:

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng ngày kể từ ngày.....tháng.....năm.....
- Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí, chi phí lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua,
- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian.....

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP