

Số: 142/TM-BVYDCT  
V/v Mời chào giá vật tư y cụ

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 04 năm 2023

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty cung cấp trang thiết bị y tế

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu mua sắm vật tư y cụ phục vụ công tác khám và điều trị cho Bệnh nhân tại Bệnh viện (Chi tiết theo phụ lục đính kèm thư mời).

Kính mời các Công ty cung cấp trang thiết bị y tế có đủ năng lực cung cấp quan tâm gửi hồ sơ, tài liệu liên quan chào giá đến Khoa Dược Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ: Số 155 Trường Thi, Phường Trường Thi, Tp Thanh Hóa

Thời gian: Trước 9h ngày 05 tháng 05 năm 2023

Hồ sơ chào giá bao gồm:

1. Đăng ký kinh doanh, các tài liệu liên quan chứng minh đủ điều kiện kinh doanh và phân loại thiết bị theo nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.
2. Bản chào giá (hóa đơn) có xác nhận của công ty.
3. Giá tra cứu công khai trên cổng thông tin BHYT có quyết định trúng thầu trong vòng 12 tháng tính ở thời điểm tra cứu trở lại (nếu có).

Công ty chụp ảnh màn hình và in trên khổ giấy A4 đủ các thông tin về kết quả trúng thầu, thời điểm tra cứu và đảm bảo thể hiện các yếu tố như: Giá trúng thầu được công khai thấp nhất và giá trúng thầu được công khai cao nhất trên website [congkhaiketquathau.moh.gov.vn](http://congkhaiketquathau.moh.gov.vn) (nếu có).

4. Giá hàng hóa, dịch vụ (nếu có) do đơn vị sản xuất, kinh doanh thực hiện công khai niêm yết giá trên Cổng thông tin điện tử công khai giá trang thiết bị y tế còn hiệu lực ([kekhaigiattbyt.moh.vn/congkhaigiadmec.moh.gov.vn](http://kekhaigiattbyt.moh.vn/congkhaigiadmec.moh.gov.vn)).

5. Catalogue, cấu hình và tính năng kỹ thuật của vật tư y cụ (nếu có).

Đơn vị trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của các quý công ty.

Thông tin người liên hệ: Phạm Thanh Bình

SĐT: 0904652150

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Tâm

## PHỤ LỤC DANH MỤC ĐÍNH KÈM THU' MỜI CHÀO GIÁ SỐ 142 NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2023

## Về việc Mua sắm vật tư y cụ tại Bệnh viện YDCT tỉnh Thanh Hóa năm 2023

STT	Tên vật tư hàng hóa	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ giác hơi dùng lửa	Sử dụng phương pháp hút chân không qua các ống giác hơi tại các huyết để tạo ra kích thích tuần hoàn máu, giúp chữa trị các chứng đau lưng, đau ở vai, đau phía dưới chân tay, đau đầu, cảm cúm, nhức mỏi, điều hòa kinh mạch...	12 cốc giác/ bộ	Việt nam	Bộ	10	
2	Đèn hồng ngoại TNE	Loại Đèn gù, Chiều dài dây nguồn điện 3.6m, Điều chỉnh chiều cao 1m - 1.7m, Công suất 250W	1 Cái/ Hộp	TNE-Việt Nam	Cái	80	đã có bóng đèn đi kèm
3	Bóng đèn hồng ngoại TNE	Dùng cho đèn hồng ngoại TNE	1 Cái/ Hộp	Ningbo Greetmed Medical Trung Quốc	Cái	146	
4	Máy điện châm 5 cọc Electronic Acupuncture	Nguồn điện 6V ( 4 pin x 1.5V ) Dạng xung: dạng dao động nghệt sử dụng cả phần âm và dương Tần số: 0.5HZ đến 50HZ Biện độ xung ra: 90 đến 120V (+) (-) 10%	01 cái / Hộp	Medicine - Việt Nam	Cái	240	
5	Dây giắc tín hiệu máy điện châm 5 cọc Electronic Acupuncture	Dùng cho máy điện châm 5 cọc Electronic Acupuncture 1592-ET-TK21	5 dây giắc/ túi	Việt Nam	Bộ	217	
6	Máy điện xung trung tần	1. Đầu ra: Cổng output đằng sau thân máy. 2. Điện áp nguồn điện: AC 110V - 220V. 3. Tần số nguồn điện: 50Hz/60Hz. 4. Công suất đầu vào: 36VA. 5. Độ rộng xung: 0.1ms, độ lệch không vượt quá ±10%. 6. Tần số xung: Tần số cơ bản của tần số trung bình nằm trong phạm vi 2000Hz và độ lệch không vượt quá ±10%. 7. Dòng điện đầu ra: Với điện trở tải 500Ω, dòng điện ra không được vượt quá các giới hạn sau 100mA (r.m.s). 8. Kích thước tấm điện cực: a. Tấm điện cực loại to: 92mm x 65mm, sai số không được vượt quá ±5%. b. Tấm điện cực loại nhỏ: 73mm x 46mm, sai số không được vượt quá ±5%. 9. Trở kháng tấm điện cực: 63Ω, sai số không được vượt quá ±10%. 10. Trở kháng dòng điện đầu ra của điện cực trên da là 500Ω, dung sai là +10%. 11. Thời gian không gặp sự cố trung bình của thiết bị trị liệu ≥ 1000 giờ. 12. Thời gian hẹn giờ: 10 phút ~ 60 phút.	01 cái / Hộp	Jiangsu Keling Medical Appliances Co., Ltd- Trung Quốc	Cái	48	ĐK bằng cảm ứng
7	Xe đạp tập TECH FITNESS TF 518	Trọng lượng bánh đà: 12 Kg Tải trọng người dùng: 100 Kg Màn hình hiển thị quãng đường, vận tốc, thời gian, nhịp tim... Khung sườn làm bằng thép chịu lực cao cấp	01 cái / thùng	Trung Quốc	Cái	2	
8	Xe tiêm Inox 3 tầng	Vật liệu: inox sus 304 KT: D800xR500xC900mm - Khung chính xe làm bằng ống inox phi 25.4x1.0mm - Sàn xe làm bằng tấm inox dày 0.8mm, gấp bo cạnh và ép lõm sâu 25mm - Lan can bao 4 mặt trên 3 tầng bằng ống 9.5 và 12.7mm - Bộ 4 bánh xe cao su phi 100, trong đó 2 bánh có khóa hãm. Bánh xe được cố định vào khung xe bằng bulong và ecu 16 có thể thay thế khi cần. Toàn bộ xe được hàn theo công nghệ hàn tíc, các mối hàn được mài nhẵn và đánh bóng đạt tiêu chuẩn.	Kích thước: D800*R500 *C900 mm	HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ; Việt Nam	Cái	6	
9	Máy đo huyết áp cơ ALPK2	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3mmHg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bit làm bằng chất liệu vai có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không)	01 cái / Hộp	Tanaka Sangyo/Nhật Bản	Cái	30	

STT	Tên vật tư hàng hóa	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
10	Ống nghe 01 dây FT-801 - ALPK2	Trọng lượng: 182 gr. Chiều dài dây nghe: 52cm – 60cm. Thiết kế mặt nghe: 2 mặt nghe. Ống tai nghe: Lồng ống đơn, cangk tai nghe có góc mở rộng.	01 cái / Hộp	Tanaka Sangyo/Nhật Bản	Cái	30	
11	Nhiệt kế thủy ngân AURORA	Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, nách, hậu môn Vạch chia độ rõ nét để quan sát. Khoảng đo: từ 35-42 độ C. Có hộp nhựa để bảo quản	01 cái / Hộp	Đức	Cái	24	